

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FORMATO DE COTIZACIÓN
SUMINISTRO DE PAQUETE DE MATERIALES REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN
PARA LA SEGURIDAD DE ESTADO, DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (CISEC), A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
1	1	SUMINISTRO DE PAQUETE DE MATERIALES REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA	\$	\$
SUBTOTAL:				\$
IVA:				\$
TOTAL:				\$

FECHA

REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO DE PAQUETE DE MATERIALES REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO SOLICITADO POR EL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL ESTADO, DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (CISEC) A TRAVES DE LA COORDINACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP)

PARTIDA 1	
PAQUETE DE MATERIALES REACTIVOS	
CANTIDAD: 1	
CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Paquete de materiales reactivos con las siguientes características como mínimas, mas no limitativas: Especificaciones: - Química sanguínea: - 2,880 Pruebas para glucosa - 3,360 Pruebas para urea - 4,800 Pruebas para creatinina - 3,840 Pruebas para colesterol - 3,840 Pruebas para ácido úrico - 2,880 Pruebas para triglicéridos - Hematología: - 5,600 Pruebas para biometría hemática c/dif. 5 partes - Uro análisis: - 3,000 pruebas para examen general de orina - Se deberá entregar todo lo necesario para realizar las determinaciones como: reactivos, controles, calibradores, copillas, tubos, soluciones y demás consumibles del respectivo analizador. - Deberán estar incluidos todos los materiales necesarios ajenos a los analizadores, como son: Portaobjetos, cubreobjetos, colorante de Wright, buffer para lavado, puntas para micropipeta, etiquetas, etc... - Para la cantidad de pruebas a realizar se deberán entregar también todos los insumos necesarios para la toma de muestra o fase pre-analítica como son: tubos (tapón amarillo, tapón lila), agujas (verdes, negras), parches para punción (bandita redonda color piel), torniquetes, frascos con tapa roscada, etc... - Se deberá proporcionar sin costo y en calidad de comodato un sistema integral para laboratorio clínico, el cual consta de los siguientes equipos: Un (1) Analizador de uro análisis, con velocidad de hasta 150 pruebas por hora, equipo semi automatizado para el análisis de muestras urinarias que emplea tiras de orina con 10 parámetros: Leucocitos, Nitritos, Proteínas, Sangre, Glucosa, Cetonas, Bilirrubina, Urobilinogeno, PH, y densidad. Sistema de informática para Laboratorio Clínico: En base a las necesidades del laboratorio el proveedor deberá desarrollar, instalar y poner a punto el software que a continuación se describe y la interfaz para los analizadores correspondiente a laboratorio clínico que deberá comprender lo siguiente: 3 GWSINT Con instalación y puesta a punto de interfaz para cada uno de los siguientes analizadores: Equipo de química sanguínea, equipo de hematología, equipo de uro análisis, con desarrollo de formatos de reporte y estadísticas. 3 GWSEST Estación de trabajo en red que incluyan Instalación y puesta a punto de estación de trabajo en red para ingreso de donadores, desarrollo de formatos de impresión y desarrollo de estadísticos. Deberá incluir la instalación de los analizadores (Química sanguínea, Hematología y EGO), también deberá considerar todos los equipos No Break, reguladores de voltaje, cableado, Hardware y demás materiales necesarios para la instalación de los mismos. Puesta en marcha: Durante el curso de capacitación se deberán poner en marcha los analizadores así como el sistema de informática para laboratorio. Capacitación: El proveedor proporcionara la capacitación al personal impartiendo los cursos que se requieran a entera satisfacción de los usuarios y deberá extender constancia de capacitación para el manejo de los equipos. Asesoría técnica y científica: El proveedor deberá contar con departamento de asesoría técnica propio y personal calificado, así mismo deberá brindar apoyo y solución a las eventualidades que se presenten en el proceso y operación del laboratorio y deberá actualizar y capacitar constantemente a los usuarios.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO DE PAQUETE DE MATERIALES REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO SOLICITADO POR EL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL ESTADO, DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (CISEC) A TRAVES DE LA COORDINACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP)

	Servicio Técnico para los Equipos: El proveedor deberá contar con departamento de Servicio Técnico propio e Ingenieros capacitados y certificados por la marca de los analizadores para proporcionar lo siguiente: Mantenimiento Preventivo: Se deberán proporcionar 2 mantenimientos preventivos, en un periodo de 12 meses y deberá extender constancia, especificando las acciones efectuadas y las piezas reemplazadas respectivamente. Mantenimiento Correctivo: Se deberá atender en un tiempo no mayor a 48 horas cualquier reporte de falla de los analizadores. Actualizaciones al Sistema de informática para laboratorio clínico: Deberán realizarse las actualizaciones necesarias y las modificaciones requeridas al sistema de informática proporcionado (software). Control de calidad externo para el laboratorio: El proveedor deberá inscribir al laboratorio en un programa anual de control de calidad externo para las áreas de química clínica, uro análisis y biometría hemática. El proveedor deberá presentar lo siguiente: • Copia de los certificados de capacitación para sus ingenieros por parte del fabricante de los equipos
--	--

***NOTA: EN ESTRICTO APEGO AL ARTICULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS, LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS SON SOLO DE REFERENCIA DE CALIDAD, MAS NO LIMITATIVAS, PODRÁ OFERTAR CUALQUIER MARCA**